

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hoá tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy lọc nước khu điều trị theo yêu cầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình
Địa chỉ: Phường Quảng Thọ - Thị xã Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Hồ Mạnh Trường – Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình; Số điện thoại liên lạc: 0913.336.939.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình; Địa chỉ: Phường Quảng Thọ - Thị xã Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 9 năm 2023 đến trước 08h ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Có phụ lục chi tiết kèm theo

Kính mời nhà thầu quan tâm và đủ điều kiện gửi hồ sơ đáp ứng đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Nơi nhận:

- Như kính gửi:
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Thái

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo thư mời báo giá số 817/TBG-BV ngày 19/9/2023)

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Năm sản xuất	Số lượng/Khối lượng
1	Máy lọc nước 15L nóng – lạnh	- Chức năng: Nóng - ấm - lạnh Cấp lọc: 5 cấp lọc RO 80G (3 lõi lọc thô, màng RO 80G, lõi T33-GAC) Điện áp: 220V 50-60Hz - lạnh:210W -nóng: 750W Bơm tăng áp 24V, adapter 24V Công suất: 15 L/H Nhiệt độ : nóng 92 ~ 100 oC , lạnh: 6 ~ 30o C, ấm: 30 ~60 oC Bình chứa: Nóng 6L - Ấm10L- Lạnh 4L Kích thước: 1270 x 410 x 420 (mm) Bảo hành: 12 tháng	2022 trở về sau	1